

Số: /GP-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 5 năm 2025

GIẤY PHÉP

**Tiến hành công việc bức xạ
Sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế**

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ của Phòng khám Răng Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH Phòng khám Nha khoa Thông minh Aidental Luxury ngày 19/5/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành.

CHO PHÉP:

**PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT THUỘC CÔNG TY TNHH
PHÒNG KHÁM NHA KHOA THÔNG MINH AIDENTAL LUXURY**

Địa chỉ: 291 Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0977.106.118.

Được phép: Sử dụng 01 thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế có các đặc trưng như Trang 3 của Giấy phép này để chụp chẩn đoán Răng - Hàm - Mặt tại Phòng khám Răng Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH Phòng khám Nha khoa Thông minh Aidental Luxury, địa chỉ 291 Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, Phòng khám Răng Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH Phòng khám Nha khoa Thông minh Aidental Luxury phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong Giấy phép này.

Giấy phép này có giá trị đến ngày: **28/5/2028.**

Nơi nhận:

- Phòng khám Răng Hàm Mặt
thuộc Công ty TNHH Phòng khám
Nha khoa Thông minh Aidental Luxury;
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Công Hòa

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ
(Kèm theo Giấy phép số: /GP-SKHCN ngày 28 tháng 5 năm 2025
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

1. Chỉ được phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế có các đặc trưng và tại địa điểm nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này.
2. Trường hợp chuyển nhượng thiết bị X - quang chẩn đoán y tế cho tổ chức, cá nhân khác phải báo cáo cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
3. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất sáu mươi ngày.
4. Trang bị và sử dụng liệu kê cá nhân để theo dõi liều chiếu xạ cho nhân viên bức xạ. Trang bị các phương tiện bảo vệ như áo chì, găng tay chì,... để bảo vệ nhân viên bức xạ khi cần thiết.
5. Nếu không sử dụng tiếp thiết bị bức xạ (X - quang chẩn đoán trong y tế) theo Giấy phép này phải báo cáo bằng văn bản và có ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
6. Định kỳ vào ngày 30/11 hàng năm, người quản lý cơ sở phải báo cáo tình hình an toàn bức xạ của cơ sở mình cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Nếu xảy ra sự cố về an toàn bức xạ, phải báo ngay theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Chuyên ngành
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 202A Trường Chinh, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.8556.000 Fax: 0255.3824.023

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ BỨC XẠ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG
(Theo Giấy phép số: /GP-SKHCN ngày 28 tháng 5 năm 2025
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Tên thiết bị	Mã hiệu, Số seri	Hãng SX, Nước SX, Năm SX	Thông số làm việc cực đại kVmax, Imax	Mục đích sử dụng, Nơi sử dụng, Sử dụng cố định hay di động	Các bộ phận của thiết bị			
						Tên bộ phận	Hãng SX	Mã hiệu	Số series
1	Máy X - quang chụp răng	PHT-35 LHS	VATECCH, Hàn Quốc, 2024	99 kV, 16 mA	- Sử dụng để chụp chẩn đoán Răng - Hàm - Mặt. - Phòng khám Răng Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH Phòng khám Nha khoa Thông minh Aidental Luxury, địa chỉ 291 Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi - Sử dụng cố định	Đầu bóng phát tia X	CANON, Nhật Bản	D-052SB	3M43036
						Bàn điều khiển	Ourswell	VY-1000	ASW20250315032