

Số: /GP-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2025

GIẤY PHÉP

**Tiến hành công việc bức xạ
Sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế**

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ của Nha khoa Khiêm Nga ngày 16/6/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành.

CHO PHÉP:

NHA KHOA KHIÊM NGA

Địa chỉ: 05 LK2, Trần Kỳ Phong, tổ 8, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0968.461.002.

Được phép: Sử dụng 01 thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế có các đặc trưng như Trang 3 của Giấy phép này để chụp chẩn đoán Răng - Hàm - Mặt tại Nha khoa Khiêm Nga, địa chỉ: 05 LK2, Trần Kỳ Phong, tổ 8, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, Nha khoa Khiêm Nga phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong Giấy phép này.

Giấy phép này có giá trị đến ngày: **18/6/2028.**

Nơi nhận:

- Nha khoa Khiêm Nga;
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Công Hòa

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ
(Kèm theo Giấy phép số: /GP-SKHCN ngày tháng 6 năm 2025
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

1. Chỉ được phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế có các đặc trưng và tại địa điểm nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này.
2. Trường hợp chuyển nhượng thiết bị X - quang chẩn đoán y tế cho tổ chức, cá nhân khác phải báo cáo cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
3. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất sáu mươi ngày.
4. Trang bị và sử dụng liệu kê cá nhân để theo dõi liều chiếu xạ cho nhân viên bức xạ. Trang bị các phương tiện bảo vệ như áo chì, găng tay chì,... để bảo vệ nhân viên bức xạ khi cần thiết.
5. Nếu không sử dụng tiếp thiết bị bức xạ (X - quang chẩn đoán trong y tế) theo Giấy phép này phải báo cáo bằng văn bản và có ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
6. Định kỳ vào ngày 30/11 hàng năm, người quản lý cơ sở phải báo cáo tình hình an toàn bức xạ của cơ sở mình cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Nếu xảy ra sự cố về an toàn bức xạ, phải báo ngay theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Chuyên ngành
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 202A Trường Chinh, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.8556.000 Fax: 0255.3824023

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ BỨC XẠ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG
(Theo Giấy phép số: /GP-SKHCN ngày tháng 6 năm 2025
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Tên thiết bị	Mã hiệu, Số seri	Hãng SX, Nước SX, Năm SX	Thông số làm việc cực đại kVmax, Imax	Mục đích sử dụng, Nơi sử dụng, Sử dụng cố định hay di động	Các bộ phận của thiết bị			
						Tên bộ phận	Hãng SX	Mã hiệu	Số series
1	Máy X - quang chụp răng Vatech	PHT-30LFO	VATECH, Hàn Quốc, 2023	99 kV, 16 mA	- Sử dụng để chụp chẩn đoán Răng-Hàm-Mặt - Nha Khoa Khiêm Nga, địa chỉ 05 LK2, Trần Kỳ Phong, tổ 8, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi - Sử dụng cố định	Đầu bóng phát tia X	Vatech/ Hàn Quốc	D-054SB	3F19546
						Bàn điều khiển	Vatech/ Hàn Quốc	MCU-061-008767	(Không có số seri)