

Số: /GP-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày

tháng 7 năm 2025

GIẤY PHÉP
Tiến hành công việc bức xạ
(sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử, ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, ngày 21 tháng 7 năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành.

CHO PHÉP:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 02603.881.758.

Được phép: Sử dụng **01** thiết bị X-quang có các đặc trưng được nêu tại trang 3 của giấy phép này để chụp chẩn đoán trong y tế.

Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ và các điều kiện của Giấy phép này.

- Giấy phép này có giá trị đến ngày 04 tháng 8 năm 2028.
- Giấy phép này gia hạn Giấy phép số 06/GP-SKHCN ngày 04/8/2022./.

Nơi nhận:

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi;
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, CN&CN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Trung Kim

CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP
(Kèm theo Giấy phép số /GP-SKHCN ngày tháng 7 năm 2025
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

1. Chỉ được phép tiến hành công việc bức xạ với thiết bị bức xạ có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này;
2. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày;
3. Trường hợp chuyển nhượng thiết bị bức xạ cho tổ chức, cá nhân khác, phải báo cáo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi;
4. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan và:

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 202A Trường Chinh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.8556.004. Fax: 0255.3824023

5. Không được sử dụng thiết bị bức xạ tại các địa điểm khác với quy định trong Giấy phép này;
6. Tổ chức thực hiện Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN, ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;
7. Tổ chức thực hiện Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN, ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;
8. Nếu có bất kỳ thay đổi nào so với bộ hồ sơ đề nghị cấp phép, phải thông báo bằng văn bản tới Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi để cập nhật;
9. Nếu dự định không tiếp tục sử dụng thiết bị bức xạ nữa, phải báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi;
10. Định kỳ hàng năm lập (trước ngày 15 tháng 12 hàng năm) và gửi báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (và qua hộp thư điện tử: skh@quangngai.gov.vn).

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ ĐƯỢC SỬ DỤNG THEO GIẤY PHÉP
 (Kèm theo Giấy phép số /GP-SKHCN ngày tháng 7 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Tên thiết bị	Mã hiệu, Số xêri	Hãng SX, Nơi SX, Năm SX	Thông số làm việc cực đại kV_{max} , mA_{max} / mAs_{max}	Mục đích sử dụng, Địa điểm sử dụng, Sử dụng cố định hay di động	Các bộ phận của thiết bị			
						Tên bộ phận	Hãng SX	Mã hiệu	Số xêri
01	Máy X - quang ANTHEM	Anthem Vivix – S Series, 00821-0321-W	Del Medical Inc, Mỹ, 2021	125kV 600mA	- Chụp chẩn đoán hình ảnh tổng hợp. - Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi - Cố định.	Đầu bóng phát tia X	CANON/ Nhật Bản	E7242FX	21C1185
						Bàn điều khiển	CANON/ Nhật Bản	110-5102G4	00819-0321-W