

BIÊN BẢN

**Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ
(Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2)**

Căn cứ Kế hoạch số 535/KH-SKHCN, ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 4/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

Hôm nay, vào lúc 14h 00 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2025 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, địa chỉ: Số 244, Bà triệu, Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. *(Quyết định kiểm tra được công bố vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06/8/2025, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2).*

I. Thành phần

1. Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm

- Bà Trần Thị Cẩm Vân, Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Phó Trưởng đoàn.
- Bà Nguyễn Thị Phụng, Phó Trưởng phòng Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Phó Trưởng đoàn.
- Ông Trần Đình Hoàng, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Thành viên;
- Ông Tạ Anh Bảo, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Thành viên;
- Ông Nguyễn Công Hiếu, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế: Thành viên;
- Phạm Tiến Dũng, Đại diện Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi: Thành viên;
- Bà Rơ Châm Đào, Chuyên viên Phòng Văn hoá – Xã hội phường Kon Tum: Thành viên.

2. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2

- Ông Võ Văn Thiện - Chức vụ: Giám đốc;

- Ông: Nguyễn Nam Hùng - Chức vụ: Kỹ thuật viên trưởng;
- Ông: Cáp Nguyễn Anh Tường - Chức vụ: Trưởng Phòng Vật tư-thiết bị y tế.
- Ông: Đặng Ngọc Trung – Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư-thiết bị y tế.

II. Nội dung kiểm tra: Theo Kế hoạch số 535/KH-SKHCN ngày 30/7/2025

III. Nhận xét và kết luận:

- Bệnh viện đã triển khai công tác khai báo; kiểm định, kiểm xạ phòng và đề nghị cấp phép theo đúng quy định (*có hồ sơ kèm theo*); qua kiểm tra, tại Bệnh viện có 08 thiết bị X-quang:

- 02 Máy chụp X quang WONSOLUTION có giấy phép số 16/GP-SKHCN ngày 06/11/2023 có giá trị đến 10/12/2026; có chứng chỉ kiểm định, thời hạn hiệu lực đến tháng 23/01/2026;

- 01 Máy chụp X quang Phipips Optimus có giấy phép số 14/GP-SKHCN ngày 30/12/2024 có giá trị đến 02/01/2028; có chứng chỉ kiểm định, thời hạn hiệu lực đến tháng 23/01/2026;

- 01 Máy chụp X quang răng di động Dexcowin-DX-3000 có giấy phép số 02/GP-SKHCN ngày 04/01/2024 có giá trị đến 02/01/2027; có chứng chỉ kiểm định, thời hạn hiệu lực đến tháng 03/4/2027;

- 01 Máy X quang di động TSTH C-ARM có giấy phép số 03/GP-SKHCN ngày 23/02/2023 có giá trị đến 26/03/2026; có chứng chỉ kiểm định, thời hạn hiệu lực đến tháng 03/4/2026;

- 01 Máy X quang di động TXL-LUS 8 có giấy phép số 05/GP-SKHCN ngày 29/03/2023 có giá trị đến 20/5/2026; có chứng chỉ kiểm định, thời hạn hiệu lực đến tháng 01/4/2026;

- 01 Máy chụp CT Scanner Optima 520 có giấy phép số 13/GP-SKHCN ngày 13/12/2024 có giá trị đến 21/12/2027; có chứng chỉ kiểm định, thời hạn hiệu lực đến tháng 12/11/2025.

- 01 Hệ thống CT-Scanner Revolution 128 lát cắt có giấy phép số 05/GP-SKHCN ngày 05/5/2025 có giá trị đến 05/5/2028; có chứng chỉ kiểm định, thời hạn hiệu lực đến tháng 03/4/2026;

- Số Nhân viên bức xạ: 15 đã được đào tạo và cấp chứng chỉ do Công ty cổ phần tư vấn Kỹ thuật Khoa học Công nghệ - STEC cấp năm 2025 có giá trị đến tháng 6/2028;

- Việc báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về ATKSBX khi thay đổi người quản lý cơ sở: Có báo cho Sở KH&CN định kỳ hàng năm.

- Việc thực hiện quy định về bảo vệ che chắn: Phòng chụp X-quang có ghép chì, lắp đặt kính chì, cửa chì, trang bị áo chì; hệ thống điều hoà theo quy định.

- Biển báo bức xạ gắn tại nơi quy định: Có gắn trước cửa phòng chụp X Quang.

- Nội quy ATBX: Ngay tại khu vực ghế chờ trước cửa phòng chụp X Quang; CT, có bảng nội quy ATBX.

- Nội quy vận hành, nhật ký vận hành thiết bị bức xạ: Thiết bị bức xạ có quy trình vận hành dán ngay tại bảng điều khiển + lưu trong danh mục hồ sơ ATBX. Có sổ nhật ký vận hành theo dõi hàng ngày, báo cáo trực hàng ngày của các KTV.

- Hồ sơ sức khỏe nhân viên bức xạ: Các nhân viên bức xạ đều có hồ sơ quản lý sức khỏe khám định kỳ 6 tháng 1 lần và được lưu trữ theo quy định.

- Hồ sơ liều kế cá nhân của nhân viên bức xạ: Các nhân viên bức xạ đều được trang bị liều kế cá nhân, hợp đồng đo liều kế với công ty có thẩm quyền, định kỳ 3 tháng gửi liều kế đo 1 lần.

- Hồ sơ về thiết bị bức xạ: Có lưu trong hồ sơ an toàn bức xạ.

- Hồ sơ về các đợt kiểm tra thanh tra: Lưu đầy đủ trong hồ sơ an toàn bức xạ các đợt kiểm tra.

- Việc bổ nhiệm người phụ trách: Có quyết định phân công người phụ trách ATBX (Quyết định số 137/QĐ-BVT ngày 01-8-2014 giao cho ông Nguyễn Nam Hùng Phụ trách ATBX).

- Việc tổ chức đào tạo cấp chứng nhận cho nhân viên bức xạ: Các nhân viên bức xạ đều được đào tạo và cấp chứng nhận, định kỳ 3 năm 1 lần do cơ quan năng lượng hạt nhân và nguyên tử cấp.

- Việc thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ: Định kỳ 6 tháng các nhân viên bức xạ đều được khám, kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định.

- Việc thực hiện trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ: Toàn bộ các nhân viên làm công tác bức xạ đều được trang bị liều kế cá nhân.

- Có xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ : Có xây dựng Kế hoạch.

***Phần kiểm tra thực tế:**

1. Đèn báo hiệu, biển cảnh báo nguy hiểm phóng xạ, nội quy an toàn bức xạ tại khu vực sử dụng thiết bị: Có trang bị đầy đủ.

2. Bố trí phòng chụp: Đảm bảo an toàn

3. Thiết bị X-quang: Thực hiện đo kiểm thực tế các vị trí như giữa cửa, mép trái cửa, mép phải cửa: Các thông số đảm bảo an toàn.

4. Phòng điều khiển: Thiết kế đảm bảo theo yêu cầu.

5. Kiểm tra đánh giá an toàn phòng chụp X- Quang: Đảm bảo an toàn.

6. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn: Tại thời kiểm tra đạt yêu cầu.

7. Các thiết bị bảo hộ: Có trang bị đầy đủ.

*** Kết luận:** Tại thời điểm kiểm tra Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2 đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực An toàn bức xạ; Hằng năm Bệnh viện

đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm định, kiểm xạ theo quy định, tuy nhiên việc triển khai kiểm xạ khu vực làm việc chưa kịp thời (kiểm xạ 03 Phòng X-quang).

III. Các biện pháp xử lý, kiến nghị xử lý: Không.

IV. Yêu cầu và kiến nghị: Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày kiểm tra thực hiện kiểm xạ khu vực làm việc theo quy định đối với 03 Phòng X-quang.

V. Ý kiến của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2: Thống nhất với các nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra.

Biên bản được lập thành 02 bản vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 06/8/2025, Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Biên bản được các bên thông qua, 01 bản giao cho đơn vị được kiểm tra, 01 bản lưu Hồ sơ kiểm tra./.

**BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH QUẢNG NGÃI 2**

P. TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA



GIÁM ĐỐC
Võ Văn Thiên

THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA

Trần Thị Cẩm Vân

Nguyễn Thị Phương

Trần Đình Hoàng

Trần Đình Hoàng

Phạm Tiến Dũng

Nguyễn Thị Hiền

Tạ Anh Báu