

Số: 02/BB-ĐKT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN

**Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ năm 2025
(Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi)**

Căn cứ Kế hoạch số 535/KH-SKHCN, ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 4/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

Hôm nay, vào lúc 08h00, ngày 07 tháng 8 năm 2025 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, địa chỉ: Tổ dân phố 6, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định kiểm tra được công bố vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 7/8/2025, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi).

I. Thành phần

1. Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm

- Bà Trần Thị Cẩm Vân, Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Phó Trưởng đoàn;
- Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Thành viên;
- Ông Trần Đình Hoàng, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Thành viên;
- Ông Tạ Anh Bảo, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Thành viên;
- Ông Nguyễn Công Hiếu, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế: Thành viên;
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội, UBND xã Bờ Y.

2. Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

- Ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Bệnh viện;
- Bà Trần Thị Loan, Trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh;

- Ông Lê Anh Tuấn, KTV Trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh.

II. Nội dung kiểm tra: Theo Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 4/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

III. Nhận xét và kết luận:

- Bệnh viện đã triển khai công tác khai báo; kiểm định, kiểm xạ phòng và đề nghị cấp phép theo đúng quy định (*có hồ sơ kèm theo*); qua kiểm tra, tại Bệnh viện có 06 thiết bị X-quang:

- 01 Máy X - quang ANTHEM có giấy phép số 02/GP-SKHCN ngày 25/7/2025 có giá trị đến 04/08/2028; có chứng nhận kiểm định, thời hạn hiệu lực đến ngày 23/10/2025;

- 01 Máy X quang di động MAC có giấy phép số 01/GP-SKHCN ngày 25/07/2025 có giá trị đến 04/08/2028; có chứng nhận kiểm định, thời hạn hiệu lực đến ngày 23/10/2025;

- 01 Máy X - quang SHIMADZU có giấy phép số 10/GP-SKHCN ngày 14/09/2023 có giá trị đến 05/9/2026; có chứng nhận kiểm định, thời hạn hiệu lực đến ngày 23/10/2025;

- 01 Máy X - quang CT Scanner Eclos có giấy phép số 02/GP-SKHCN ngày 09/02/2023 có giá trị đến 09/02/2026; có chứng chỉ kiểm định, thời hạn hiệu lực đến ngày 02/4/2026;

- 01 Máy đo loãng xương có giấy phép số 05/GP-SKHCN ngày 04/8/2022 có giá trị đến 04/8/2025;

- 01 Máy X - quang răng X MIND TRIUM có giấy phép số 07/GP-SKHCN ngày 04/08/2022 có giá trị đến 04/08/2025;

- Số Nhân viên bức xạ: 06 đã được đào tạo và cấp chứng chỉ do Công ty cổ phần tư vấn Kỹ thuật Khoa học Công nghệ - STEC cấp năm 2025 có giá trị đến tháng 6/2028;

- Việc báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về An toàn kiểm soát bức xạ khi thay đổi người quản lý cơ sở: Có báo cho Sở KH&CN định kỳ hàng năm.

- Việc thực hiện quy định về bảo vệ che chắn: Phòng chụp X-quang có ghép chì, lắp đặt kính chì, cửa chì, trang bị áo chì; hệ thống điều hoà theo quy định.

- Biển báo bức xạ gắn tại nơi quy định: có gắn trước cửa phòng chụp X Quang.

- Nội quy ATBX: Ngay tại khu vực ghế chờ trước cửa phòng chụp X Quang; CT, có bảng nội quy ATBX.

- Nội quy vận hành, nhật ký vận hành thiết bị bức xạ: Thiết bị bức xạ có quy trình vận hành dán ngay tại bảng điều khiển + lưu trong danh mục hồ sơ ATBX. Có sổ nhật ký vận hành theo dõi hàng ngày, báo cáo trực hàng ngày của các KTV.

- Hồ sơ sức khỏe nhân viên bức xạ: Các nhân viên bức xạ đều có hồ sơ quản lý sức khỏe khám định kỳ 6 tháng 1 lần và được lưu trữ theo quy định.

- Hồ sơ liều kế cá nhân của nhân viên bức xạ: Các nhân viên bức xạ đều được trang bị liều kế cá nhân, hợp đồng đo liều kế với công ty có thẩm quyền, định kỳ 3 tháng gửi liều kế đo 1 lần.

- Hồ sơ về thiết bị bức xạ: Có lưu trong hồ sơ an toàn bức xạ.

- Hồ sơ về các đợt kiểm tra thanh tra: Lưu đầy đủ trong hồ sơ an toàn bức xạ các đợt kiểm tra.

- Việc bổ nhiệm người phụ trách: Có quyết định phân công người phụ trách ATBX (Quyết định số 369/QĐ-BVT ngày 20-12-2017 giao cho ông Lê Anh Tuấn Phụ trách ATBX).

- Việc tổ chức đào tạo cấp chứng nhận cho nhân viên bức xạ: Các nhân viên bức xạ đều được đào tạo và cấp chứng nhận, định kỳ 3 năm 1 lần do cơ quan năng lượng hạt nhân và nguyên tử cấp.

- Việc thực hiện trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ: Toàn bộ các nhân viên làm công tác bức xạ đều được trang bị liều kế cá nhân.

- Có xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ : Có xây dựng Kế hoạch

***Phần kiểm tra thực tế:**

1. Đèn báo hiệu, biển cảnh báo nguy hiểm phóng xạ, nội quy an toàn bức xạ tại khu vực sử dụng thiết bị: Có trang bị.

2. Bố trí phòng chụp: Thiết kế đảm bảo an toàn

3. Thiết bị X-quang: Có kiểm định, kiểm tra đo thực tế các vị trí như giữa cửa, mép trái cửa, mép phải cửa: Đảm bảo an toàn.

4. Phòng điều khiển. Đảm bảo theo yêu cầu.

5. Kiểm tra đánh giá an toàn phòng chụp X- Quang: Đảm bảo an toàn.

6. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn: Tại thời kiểm tra đạt yêu cầu

7. Các thiết bị bảo hộ: Có.

* **Kết luận:** Tại thời điểm kiểm tra Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi tỉnh đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực An toàn bức xạ. Tuy nhiên, còn một số hạn chế, cụ thể:

- Có 02 thiết bị (01 Máy đo loãng xương, 01 Máy X - quang răng X MIND TRIUM) giấy phép tiến hành công việc bức xạ đã hết hiệu lực (ngày 04/8/2025). Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã tiến hành đề nghị cấp phép 02 thiết bị này. Tuy nhiên, hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định (chưa thực hiện kiểm định thiết bị theo quy định).

- Bảng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở chưa được cập nhật các thông tin theo quy định.

III. Các biện pháp xử lý, kiến nghị xử lý: Không.

IV. Yêu cầu và kiến nghị: Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi trong 45 ngày kể từ ngày kiểm tra khắc phục các hạn chế, cụ thể:

- Thực hiện kiểm định các thiết bị Máy đo loãng xương và Máy X - quang răng X MIND TRIUM và tiến hành lập hồ sơ thủ tục theo quy định xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 02 thiết bị này.

- Cập nhật các thông tin Bảng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo quy định.

V. Ý kiến của Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Thống nhất với các nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra.

Biên bản được lập thành 02 bản vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 07/8/2025, Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi. Biên bản được các bên thông qua, 01 bản giao cho đơn vị được kiểm tra, 01 bản lưu Hồ sơ kiểm tra./.

**BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC NGỌC HỒI**

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA



Đặng Văn Đào

THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA

Trần Đình Hoàng

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nguyễn Công Hòa

Tạ Anh Bài

Trần Thị Cẩm Vân