

Số: 03 /BB-DKT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ năm 2025 (Trung tâm Y tế Đăk Gle)

Căn cứ Kế hoạch số 535/KH-SKHCN, ngày 30/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 04/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; Quyết định số 91/QĐ-SKHCN ngày 05/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thay đổi Thành viên Đoàn Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 08/8/2025 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 tại Trung tâm Y tế Đăk Gle, địa chỉ: Thôn Đăk Dung, xã Đăk Pét tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định kiểm tra được công bố vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 08/8/2025, tại Trung tâm Y tế Đăk Gle).

I. Thành phần

1. Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm

- Bà Mai Thoan, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Trưởng đoàn.
- Bà Trần Thị Cẩm Vân, Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Phó Trưởng đoàn.
- Ông Trần Đình Hoàng, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Thành viên;
- Ông Nguyễn Công Hiếu, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế: Thành viên;
- Ông A Hành, Chuyên viên phòng Văn hoá – Xã hội, UBND xã Đăk Pét: Thành viên;
- Phạm Tiến Dũng, Đại diện Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi: Thành viên;

2. Đại diện Trung tâm Y tế Đăk Gle

- Ông: Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Trung tâm y tế Đăk Gle;



- Ông: Hoàng Tuấn Anh, Trưởng phòng Hành Chính – Tổng hợp.
- Ông: Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng phòng nghiệp vụ- Điều dưỡng TTGDSK.
- Bà Cao Thị Thanh Phương, Trưởng khoa xét nghiệm-CDHC- Kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Ông Phạm Hữu Bách; Nhân viên khoa xét nghiệm-CDHC- Kiểm soát nhiễm khuẩn.

II. Nội dung kiểm tra: Theo Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 04/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025, như sau:

III. Nhận xét và kết luận:

- Trung tâm đã triển khai công tác khai báo; kiểm định, kiểm xạ phòng và đề nghị cấp phép theo đúng quy định (có hồ sơ kèm theo); qua kiểm tra, tại Trung tâm Y tế Đăk Gleicó 01 thiết bị X-quang:
 - 01 Máy X - quang cố định có giấy phép số 01/GP-SKHCN ngày 24/02/2025 có giá trị đến 01/3/2028; có chứng nhận kiểm định, thời hạn hiệu lực đến tháng 18/12/2026;
 - Số Nhân viên bức xạ: 02 đã được đào tạo và cấp chứng chỉ do Công ty cổ phần tư vấn Kỹ thuật Khoa học Công nghệ - STEC cấp 6/2025 có giá trị đến tháng 6/2028;
 - Việc báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về ATKSBX khi thay đổi người quản lý cơ sở: Có báo cho Sở KH&CN định kỳ hàng năm.
 - Việc thực hiện quy định về bảo vệ che chắn: Phòng chụp X-quang có ghép chì, lắp đặt kính chì, cửa chì, trang bị áo chì; hệ thống điều hoà theo quy định.
 - Biển báo bức xạ gắn tại nơi quy định: có gắn trước cửa phòng chụp XQuang.
 - Nội quy ATBX: Ngay tại khu vực ghế chờ trước cửa phòng chụp X Quang; có bảng nội quy ATBX.
 - Nội quy vận hành, nhật ký vận hành thiết bị bức xạ: Thiết bị bức xạ có quy trình vận hành dán ngay tại bảng điều khiển + lưu trong danh mục hồ sơ ATBX. Có sổ nhật ký vận hành theo dõi hàng ngày, báo cáo trực hàng ngày của các KTV.
 - Hồ sơ sức khỏe nhân viên bức xạ: Các nhân viên bức xạ đều có hồ sơ quản lý sức khỏe khám định kỳ 6 tháng 1 lần và được lưu trữ theo quy định.

- Hồ sơ liệu kế cá nhân của nhân viên bức xạ: Các nhân viên bức xạ đều được trang bị liệu kế cá nhân, hợp đồng đo liệu kế với công ty có thẩm quyền, định kỳ 3 tháng gửi liệu kế đo 1 lần.

- Hồ sơ về thiết bị bức xạ: Có lưu trong hồ sơ an toàn bức xạ.

- Việc bổ nhiệm người phụ trách: Có quyết định phân công người phụ trách ATBX (Quyết định số 94/QĐ-BVT ngày 04/8/2025 giao cho ông Phạm Hữu Bách Phụ trách ATBX).

- Việc tổ chức đào tạo cấp chứng nhận cho nhân viên bức xạ: Các nhân viên bức xạ đều được đào tạo và cấp chứng nhận, định kỳ 3 năm 1 lần do cơ quan năng lượng hạt nhân và nguyên tử cấp.

- Việc thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ: Định kỳ 6 tháng các nhân viên bức xạ đều được khám, kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định.

- Việc thực hiện trang bị liệu kế cá nhân cho nhân viên bức xạ: Toàn bộ các nhân viên làm công tác bức xạ đều được trang bị liệu kế cá nhân.

- Có xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ: Có xây dựng Kế hoạch.

***Phân kiểm tra thực tế:**

1. Đèn báo hiệu, biển cảnh báo nguy hiểm phóng xạ, nội quy an toàn bức xạ tại khu vực sử dụng thiết bị: Có trang bị.

2. Bố trí phòng chụp: Đảm bảo an toàn

3. Thiết bị X-quang: Có kiểm định, kiểm tra đo thực tế các vị trí: Đảm bảo an toàn.

4. Phòng điều khiển. Đảm bảo theo yêu cầu.

5. Kiểm tra đánh giá an toàn phòng chụp X- Quang: Đảm bảo an toàn.

6. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn: Tại thời kiểm tra đạt yêu cầu.

7. Các thiết bị bảo hộ: Có.

*** Kết luận:** Tại thời điểm kiểm tra Trung tâm Y tế Đăk Glê đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực An toàn bức xạ. Tuy nhiên, Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn chưa quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn theo khoản 2 Điều 27 của Luật Năng lượng nguyên tử.

III. Các biện pháp xử lý, kiến nghị xử lý: Không

IV. Yêu cầu và kiến nghị: Đề nghị Trung tâm Y tế Đắk Glei tiếp tục thực hiện tốt các quy định về an toàn bức xạ tại đơn vị. Thực hiện lập, lưu giữ và quản lý các hồ sơ về an toàn bức xạ theo quy định.

V. Ý kiến của Trung tâm Y tế Đắk Glei: Thống nhất với các nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra.


Biên bản được lập thành 02 bản vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 08/8/2025, Tại Trung tâm Y tế Đắk Glei. Biên bản được các bên thông qua, 01 bản giao cho đơn vị được kiểm tra, 01 bản lưu Hồ sơ kiểm tra./.

TRUNG TÂM Y TẾ ĐẮK GLEI

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA




GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thành




Mai Thoan

THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA


Trần Đình Hoàng


T.T.C. Nân


Nguyễn Công Thảo

A. Hinh


Phạm Tiến Dũng