

Số: 04/BB-DKT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN

**Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ năm 2025
(Phòng khám Bảo An)**

Căn cứ Kế hoạch số 535/KH-SKHCN, ngày 30/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 4/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; Quyết định số 91/QĐ-SKHCN ngày 05/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thay đổi Thành viên Đoàn Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 08/8/2025, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 tại Phòng khám Bảo An, địa chỉ: *Thôn 14B*, xã Đăk Pét tỉnh Quảng Ngãi (*Quyết định kiểm tra được công bố vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 08/8/2025, tại Phòng khám Bảo An*).

I. Thành phần

1. Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm

- Bà Mai Thoan, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Trưởng đoàn.
- Bà Trần Thị Cẩm Vân, Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Phó Trưởng đoàn.
- Ông Trần Đình Hoàng, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Thành viên;
- Ông Nguyễn Công Hiếu, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế: Thành viên;
- Ông A Hành, Chuyên viên phòng Văn hoá – Xã hội, UBND xã Đăk Pét: Thành viên;
- Phạm Tiến Dũng, Đại diện Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi: Thành viên;

2. Đại diện Phòng khám Bảo An

- Bà: Blong Tro Hào - Chức vụ: Chủ cơ sở Phòng Khám Bảo An.
- Ông: A Kỳ, - Chức vụ: Nhân viên bức xạ.

- II. Nội dung kiểm tra: Theo Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 4/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025, như sau:

III. Nhận xét và kết luận:

- Phòng khám đã triển khai công tác khai báo; kiểm định, kiểm xạ phòng và đề nghị cấp phép theo đúng quy định (có hồ sơ kèm theo); qua kiểm tra, tại Phòng khám Bảo An có 01 thiết bị X-quang:
 - 01 Máy X quang TR300A cố định có giấy phép số 06/GP-SKHCN ngày 22/05/2025 có giá trị đến 22/5/2028; có chứng nhận kiểm định, thời hạn hiệu lực đến tháng 08/05/2027.
 - Số Nhân viên bức xạ: 01 đã được đào tạo và cấp chứng chỉ do Công ty cổ phần tư vấn Kỹ thuật Khoa học Công nghệ - STEC cấp năm 2025 có giá trị đến tháng 6/2028;
 - Việc báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về ATKSBX khi thay đổi người quản lý cơ sở: Có báo cho Sở KH&CN định kỳ hàng năm.
 - Việc thực hiện quy định về bảo vệ che chắn: Phòng chụp X-quang có ghép chì, lắp đặt kính chì, cửa chì, trang bị áo chì; hệ thống điều hoà theo quy định.
 - Biển báo bức xạ gắn tại nơi quy định: có gắn trước cửa phòng chụp X Quang.
 - Nội quy ATBX: Ngay tại khu vực ghế chờ trước cửa phòng chụp X Quang; CT, có bảng nội quy ATBX.
 - Nội quy vận hành, nhật ký vận hành thiết bị bức xạ: Thiết bị bức xạ có quy trình vận hành lưu trong danh mục hồ sơ ATBX. Có sổ nhật ký vận hành theo dõi hàng ngày, báo cáo trực hàng ngày của KTV.
 - Hồ sơ sức khỏe nhân viên bức xạ: Các nhân viên bức xạ đều có hồ sơ quản lý sức khỏe khám định kỳ 6 tháng 1 lần và được lưu trữ theo quy định.
 - Hồ sơ liều kế cá nhân của nhân viên bức xạ: Nhân viên bức xạ đều được trang bị liều kế cá nhân, hợp đồng đo liều kế với công ty có thẩm quyền, định kỳ 3 tháng gửi liều kế đo 1 lần.

- Hồ sơ về thiết bị bức xạ: Có lưu trong hồ sơ an toàn bức xạ.
- Hồ sơ về các đợt kiểm tra thanh tra: Lưu đầy đủ trong hồ sơ an toàn bức xạ các đợt kiểm tra.
- Việc tổ chức đào tạo cấp chứng nhận cho nhân viên bức xạ: Nhân viên bức xạ đều được đào tạo và cấp chứng nhận, định kỳ 3 năm 1 lần do cơ quan năng lượng hạt nhân và nguyên tử cấp.
- Việc thực hiện trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ: Nhân viên làm công tác bức xạ đều được trang bị liều kế cá nhân.
- Có xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ: Có xây dựng Kế hoạch.

***Phần kiểm tra thực tế:**

1. Đèn báo hiệu, biển cảnh báo nguy hiểm phóng xạ, nội quy an toàn bức xạ tại khu vực sử dụng thiết bị: Có trang bị.
2. Bố trí phòng chụp: Đảm bảo an toàn
3. Thiết bị X-quang: Có kiểm định, kiểm tra đo thực tế một vài vị trí như giữa cửa, mép trái cửa, mép phải cửa: đảm bảo an toàn.
4. Phòng điều khiển. Đảm bảo theo yêu cầu.
5. Kiểm tra đánh giá an toàn phòng chụp X- Quang: Đảm bảo an toàn.
6. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn: Tại thời kiểm tra đạt yêu cầu
7. Các thiết bị bảo hộ: Có.

Kết luận: Tại thời điểm kiểm tra Phòng khám Bảo An đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực An toàn bức xạ. Tuy nhiên, chưa có Văn bản phân công người phụ trách ATBX.

III. Các biện pháp xử lý, kiến nghị xử lý: Không

IV. Yêu cầu và kiến nghị: Đề nghị Phòng khám Bảo An tiếp tục thực hiện tốt các quy định về an toàn bức xạ tại đơn vị. Thực hiện phân công người phụ trách ATBX theo quy định và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/8/2025; Thực hiện lưu giữ và quản lý các hồ sơ về an toàn bức xạ theo quy định.

V. Ý kiến của Phòng khám Bảo An: Thống nhất với các nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra.

Biên bản được lập thành 02 bản vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 08/8/2025,
Tại Phòng khám Bảo An. Biên bản được các bên thông qua, 01 bản giao cho đơn
vị được kiểm tra, 01 bản lưu Hồ sơ kiểm tra./.

PHÒNG KHÁM BẢO AN




Blong Leo Hào

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA



Mai Thoan

THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA



Trần Thị Cẩm Vân



Trần Đình Hoàng



Nguyễn Công Hiếu



A Hành



Phạm Tiến Dũng